TECNOLOGIA	ETA' MEDIA	ADEGUATEZZA TECNOLOGICA (anni di massima	% APPARECCHIATURE NON ADEGUATE (2016)
MAMMOGRAFI CONVENZIONALI	14,6	6	95%
MAMMOGRAFI DIGITALI	4,	5	25%
SISTEMI ANGIOGRAFICI CONVENZ E DIGITALI	7,7	7	48%
ECOGRAFI	6,	5	54%
TC <16 slices	7,5	7	54%
TC >= 16 slices	6,7		41%
RMN APERTE (escluse dedicate)	8,7	n.a.	n.a.
RMN CHIUSE < 1,5T	9,0	5	72%
RMN CHIUSE >= 1,5T	6,5	5	53%
PET (INCLUSE PET/CT E PET/MR)	6,4	7	42%
GAMMA CAMERE PER MEDICINA NUCLEARE	10,9	7	72%
SISTEMI MOBILI AD ARCO PER CHIRURGIA	12,5	10	67%
SISTEMI MOBILI AD ARCO	4,3	7	20%
SISTEMI RADIOGRAFICI FISSI	14,6	10	79%
SISTEMI RADIOGRAFICI FISSI	6,0	7	36%
SISTEMI TELECOMANDATI CONVENZIONALI	13,2	10	67%
SISTEMI TELECOMANDATI DIGITALI	4,2	7	9%
UNITA' MOBILI RADIOGRAFICHE CONVENZIONALI	13,7	10	69%
UNITA' MOBILI RADIOGRAFICHE	6,6	7	33%

Fonte: Centro Studi Assobiomedica- "Il parco installato delle apparecchiature di diagnostica per immagini in Italia". Studi n. 38, novembre 2017. Dati al 31 Dicembre 2016.